



ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KÖZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47 - 25 000 Sombor, Vojvođanska 47

e-mail : office@zzjzsombor.org tel./fax. 025-412-888

ЗЗЈЗ СОМБОР

Комисија за јавну набавку

Број:ЈН ОП 01/2014

Дана: 03.10.2014. године

Предмет: Достава одговора б
Комисије за ЈНОП 01/2014

Достављамо одговор Комисије за јавне набавку МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ЈНОП 01/2014, на питања која су примљена 02.10.2014.год. до 10 часова.

Одговори и обавештење су објављени на сајту ЗЗЈЗ СОМБОР, www.zzjzsombor.org и на сајту Управе за јавне набавке.

Питање :

1. Молим Вас за једно појашњење, обзиром да дехидриране подлоге не морају да се класификују као ин витро медицинско средство, да ли је неопходно имати АЛИМС дозволу за ове производе или се само она доодатрно бодује?За клиничку микробиологију АЛИМС дозвола до сада била неопходна, али за Санитарну није.

2. Како је тешко набавити већ готов пипремњен 7% раство Фери Хлорида, да ли ће бити прихваћена понуда уколико се понуди чиста супстанца Фери хлорида односно Гвожђе III хлорида у чврстом стању, и која би количина тј. грамажа задовољила ваше потребе?

3. Такође у партији 6-лабораторијско стакло Нашта се тачно мисли под ставком плочице за Хламидију?Може ли нека слика или да се објасни изглед, величина истих?

Одговор:

1. АЛИМС дозвола није услов ни у једној партији нити је предмет бодовања.

2.Потребан нам је готов раствор Фери III- хлорида 7%, а не чиста супстанца.

3.Плочице за хламидије подразумевају плочице за имунофлуоресценцу (за ДИФ) димензије 75мм x 25мм са пољем за наношење узорка пречника 8мм.

Одговори на питања ће бити објављена на сајту www.zzjzsombor.org и на порталу УЈН.

Комисија за ЈН ОП 01/2014